

2

9

15

20






Prüfanweisung

1. Karte auflegen und alle Stifte einsetzen.
2. Prüfschalter bis in Stellung 11 drehen (Schlussprüfung beider Systeme).
3. Stift A entnehmen und Prüfschalter bis in Stellung 14 drehen (Emissionsprüfung System 1).
4. Stift B in Position A stecken und Prüfschalter bis in Stellung 1 zurück drehen (Emissionsprüfung System 2).

Röhrenmeßgerät Modell W19

HORST MEYER, Trier 12. 11

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| ECC 83 | ECC 803 ECC 803 S | 12 AX 7 CV 492 |
|  | | |
| Unbrauchbar mauvais / Bad | ? | G u t Good / Bon  |
|  | | |

38

46

H

H

53

59

62

69

