

2

9

15

20



Prüfanweisung


1. Karte auflegen und alle Stifte einsetzen.
2. Prüfschalter bis in Stellung 11 drehen (Schlussprüfung beider Systeme).
3. Stift A entnehmen und Prüfschalter bis in Stellung 14 drehen (Emissionsprüfung System 1).
4. Stift B in Position A stecken und Prüfschalter bis in Stellung 1 zurück drehen (Emissionsprüfung System 2).

Röhrenmeßgerät Modell W19

HORST MEYER, Trier 12. 11

ECC 82 E 82 CC	ECC 186 ECC 802 ECC 802 S	12 AU 7 5814
Unbrauchbar mauvais / Bad	?	G u t Good / Bon

25 mA



H

H

53

59

62

67

46

38