

U_{a1}

2

U_{g1}

9

U_L

13

U_{a2}

16

U_k

23

Prüfung des Leuchtwinkels von Abstimmanzeigeröhren

Die Karte ist nur verwendbar in Verbindung mit dem entsprechenden Adapter!

L 0963

IV

A1

G2

G1

K

VII

29

39

45

	EM 34	6 CD 7	6 M 2	64 ME
R _a	1000 kOhm	1000 kOhm	1000 kOhm	1000 kOhm

Die Prüfung erfolgt nur in Schalterstellung 14 !

Instrument ist abgeschaltet

